



# Comunidad de Madrid

## Nota Informativa

### ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS 217/2017 (REFERENCIA PS/CV/CRV/38927)

**ASUNTO:** Cese de la utilización del producto PERFLUORON (Perfluoroctano), fabricado por Alcon Laboratories Inc, EEUU.

**PRODUCTO AFECTADO:** PERFLUORON (Perfluoroctano), fabricado por Alcon Laboratories Inc, EEUU.

**DESTINATARIO:** PROFESIONALES SANITARIOS, SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y COLEGIOS (DIFUSIÓN GENERAL)

**Nº de Páginas:** UNA

Comunicación de un incidente relacionado con el producto, PERFLUORON, utilizado en cirugía oftálmica. Este producto está fabricado por Alcon Laboratories Inc, EEUU y consta de certificado CE emitido por el Organismo Notificado de Alemania "TUV SÜD Product Service" con número de identificación 0123.

La AEMPS ha iniciado una investigación y como medida de precaución ha instado a la empresa Alcon Cusí SA., distribuidora del producto en nuestro país, a cesar la comercialización del producto PERFLUORON del mercado español.

**Los centros y profesionales sanitarios que dispongan de este producto deben cesar, de forma inmediata, su utilización hasta que finalice dicha investigación.**

Cualquier problema relacionado con el producto PERFLUORON debe ser comunicado al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios de la AEMPS, de acuerdo al procedimiento establecido en su página Web. *Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia por los centros y profesionales sanitarios.*

Rogamos transmita esta información entre sus colegiados/asociados para su conocimiento y acciones que procedan.

**Jefa del Área de Control Farmacéutico  
y Productos Sanitarios**

